



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng,
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã hiệu:

ATPT.TC2.02

Lần ban hành: 01

Số trang: 03

QUY ĐỊNH
PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA KHI SỬ
DỤNG DAO MỔ ĐIỆN TRONG PHẪU THUẬT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số...../QĐ-BVT ngày/...../2019
của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)*

Nội dung	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Chữ ký			
Họ và tên	Trần Ngọc San	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trịnh Văn Mạnh
Chức vụ	TK. GMHS	TP.QLCLBV	Giám đốc bệnh viện

Quảng Ninh, 2019

QUY ĐỊNH
PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA KHI SỬ DỤNG DAO MỔ ĐIỆN
TRONG PHẪU THUẬT

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện;

Căn cứ Thông tư 13/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/08/2012 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức;

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá an toàn phẫu thuật.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng:

Tại khoa Gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng:

- Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên khoa Gây mê hồi sức
- Phẫu thuật viên các khoa hệ Ngoại thực hiện phẫu thuật tại khoa Gây mê hồi sức.

3. Khái niệm và nguyên tắc thực hiện:

- Dao mổ điện là vật tư thiết bị dùng trong phẫu thuật.
- Khi sử dụng, phẫu thuật viên chính và nhóm phẫu thuật phải tuân thủ chặt chẽ các bước của quy trình vận hành, sử dụng dao mổ điện vì có thể xảy ra nguy cơ: cháy nổ, điện giật, bỏng.

III. NỘI DUNG

1. Trách nhiệm thực hiện:

- Ban Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt Quy định về phòng ngừa sự cố y khoa khi sử dụng dao mổ điện trong phẫu thuật.

- Trưởng khoa Gây mê hồi sức có trách nhiệm xây dựng Quy định về phòng ngừa sự cố y khoa khi sử dụng dao mổ điện trong phẫu thuật và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Trưởng/phó khoa, Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê hồi sức có trách nhiệm phổ biến cho bác sĩ/điều dưỡng viên của khoa, triển khai thực hiện đúng Quy định.

- Phẫu thuật viên khi sử dụng dao mổ điện trong phẫu thuật; Điều dưỡng phụ mê, chạy ngoài tham gia cấp phẫu thuật có trách nhiệm thực hiện đúng Quy định.

2. Nguyên tắc thực hiện:

2.1. Tuân thủ các bước của quy trình vận hành dao mổ điện: Gồm 5 bước:

- Bước 1: Bật công tắc nguồn;

- Bước 2: Kiểm tra hoạt động của dao mổ điện;
- Bước 3: Lắp bản mát vào người bệnh và kiểm tra độ tiếp xúc với da;
- Bước 4: Cài đặt các thông số của dao mổ điện cho phù hợp với người bệnh và loại phẫu thuật;
- Bước 5: Kết thúc sử dụng (kiểm tra hoạt động của dao mổ điện, tắt nguồn).

2.2. Kiểm tra các nguy cơ cảnh báo khác:

- Kiểm tra vị trí bản mát khi thay đổi tư thế phẫu thuật: Khi thay đổi tư thế phẫu thuật (tư thế người bệnh) phải kiểm tra vị trí bản tiếp mát, sau khi xác nhận đúng vị trí mới tiếp tục vận hành dao mổ điện.
- Kiểm tra vị trí tiếp xúc của bản mát với da người bệnh: Luôn luôn đảm bảo khô, không ướt.
- Kiểm tra các thông số đã cài đặt để đảm bảo an toàn người bệnh trong các thì tiếp theo của phẫu thuật.
- Trong quá trình sử dụng dao mổ điện, nếu có các dấu hiệu bất thường phải dừng ngay, kiểm tra thông số và điều kiện vận hành của dao mổ điện./.