

Số: 3484/ TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư chuyên khoa Mắt

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư chuyên khoa Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h30p ngày 01 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư chuyên khoa Mắt (*Chi tiết phụ lục 1 đính kèm*).
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 12 tháng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán thành nhiều đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hàng hóa chứng từ hợp lệ.
5. Các thông tin khác: Mẫu báo giá chi tiết tại *Phụ lục 2* đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo. *t.m*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số 3484/TB - BVT ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 1	Cái	1. Thủy tinh thể nhân tạo: - Mềm. - Đơn tiêu cự. - Màu vàng; lọc tia cực tím (UV). - Chỉ số khúc xạ (RI): $RI \geq 1,46$. - Chất liệu càng cùng với chất liệu vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể ≥ 12 mm ; đường kính vùng quang học $\geq 6,0$ mm. - Kích thước vết mổ có thể đưa qua $\leq 2,2$ mm. 2. Thủy tinh thể bao gồm dụng cụ đặt. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: - CE (Conformite Europeenne) hoặc CFS Châu Âu - FDA (Food and Drug Administration)	700
2	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 2	Cái	1. Thủy tinh thể nhân tạo: - Mềm. - Đơn tiêu cự. - Màu vàng; lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. - Chỉ số khúc xạ (RI): $RI \geq 1,46$. - Chất liệu càng cùng với chất liệu vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể ≥ 12 mm ; đường kính vùng quang học $\geq 6,0$ mm. - Kích thước vết mổ có thể đưa qua $\leq 2,2$ mm. 2. Thủy tinh thể bao gồm dụng cụ đặt. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: - CE (Conformite Europeenne) hoặc CFS Châu Âu - FDA (Food and Drug Administration)	800

2/2

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng
3	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự		1. Thủy tinh thể nhân tạo: - Mềm. - Đơn tiêu. - Kéo dài tiêu cự. - Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; - Chỉ số khúc xạ (RI): $RI \geq 1,46$. - Chất liệu càng cùng với chất liệu vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể ≥ 12 mm ; đường kính vùng quang học $\geq 6,0$ mm - Kích thước vết mổ có thể đưa qua $\leq 2,2$ mm. 2. Thủy tinh thể bao gồm dụng cụ đặt 3. Tiêu chuẩn chất lượng: - CE (Conformite Europeenne) hoặc CFS Châu Âu) - FDA (Food and Drug Administration)	500
4	Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu kéo dài tiêu cự	Cái	1. Thủy tinh thể nhân tạo: - Mềm. - ≥ 3 tiêu cự. - Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; - Chỉ số khúc xạ (RI): $RI \geq 1,46$. - Chất liệu càng cùng với chất liệu vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể ≥ 12 mm ; đường kính vùng quang học $\geq 6,0$ mm - Kích thước vết mổ có thể đưa qua $\leq 2,2$ mm. 2. Thủy tinh thể bao gồm dụng cụ đặt 3. Tiêu chuẩn chất lượng: - CE (Conformite Europeenne) hoặc CFS Châu Âu) - FDA (Food and Drug Administration)	20
5	Miếng dán mi	Cái	- Kích thước: ≥ 10 cm x 10 cm. - Tiết trùng.	2120

282

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng
6	Nhày mổ Phaco 2.0	Ống	"- Nồng độ (độ cô đặc) 2%. - Dung tích: 2ml/1 xilanh, có kèm kim bơm 23G. - Độ nhớt: từ 3.000 mPas đến 5.000 mPas. - Độ PH: từ 6,8 đến 7,5. - Độ thẩm thấu: từ 270 đến 400 mOsm/kg.	2020
7	Nhày mổ Phaco 1.4	Ống	- Hàm lượng: 1.4%. - Dung tích: ≥ 1 ml/1xilanh, có kèm kim bơm. - Độ nhớt: ≥ 30.000 mPas. - Độ PH: từ 6,8 đến 7,4. - Độ thẩm thấu: từ 270 đến 400 mOsm/kg.	700
8	Chất nhuộm bao	Lọ	Thuốc nhuộm bao dùng trong phẫu thuật nhãn khoa. - Dung dịch máu xanh. - Dung tích: ≥ 1 ml. - Đóng gói vô trùng.	700
9	Dao mổ phaco 15 độ	Cái	"- Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, góc 15 độ. - Tiệt trùng.	2.020
10	Dao mổ Phaco 2.2mm	Cái	Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, kích thước 2.2 mm. - Tiệt trùng.	2.020
11	Dao phẫu thuật mổ mộng	Cái	- Chất liệu thép không gỉ - Lưỡi dao tròn, 2 mặt vát. - Kích thước ≥ 2.0 mm.	130
12	Dây silicon mổ lệ quản	Cái	- Chất liệu: Silicon. - Có đầu nút tự cố định và tạo hình điểm lệ - Chiều dài ống: ≥ 40 mm. - Tiệt trùng	100

2/2

PHỤ LỤC 2: BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 3484/TB-BVT ngày 20/11/ 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại DD:
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ- BYT ngày 04/11/2021 (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Đạt tiêu chuẩn (7)	Mã HS (8)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (9)	Năm sx (10)	Hãng/ nước chủ sở hữu (11)	Hãng/Nước sản xuất (12)	Quy cách đóng gói (13)	Đơn vị tính (14)	Số lượng (15)	Đơn giá (VND) (16)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) (17)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) (18)	Thành tiền (VND) (19)	Kết quả trúng thầu gần nhất (20)
1																			
2																			

Ghi chú:

(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(19) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] .

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)

