

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1347 /TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

V/v Báo giá cung cấp Bóng X-quang thay thế cho Hệ thống chụp X-Quang điều khiển từ xa 2 bàn 2 bóng, hãng sx Shimadzu, Model: ZUD-L40D và Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số, hãng sx Shimadzu, Model: Radspeed Pro của Bệnh viện.

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu báo giá cung cấp Bóng X-quang thay thế cho Hệ thống chụp X-Quang điều khiển từ xa 2 bàn 2 bóng, Hãng sx: Shimadzu , Model: ZUD-L40D và Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số, Hãng sx: Shimadzu, Model: Radspeed Pro của Bệnh viện như sau:

STT	Tên vật tư, linh kiện thay thế	Số lượng	Đơn vị tính	Cấu hình kỹ thuật tham khảo
1	Bóng X-quang	01	cái	Tương thích với Hệ thống chụp X-Quang điều khiển từ xa 2 bàn 2 bóng - Model: ZUD-L40D - Hãng sản xuất: Shimadzu - Xuất xứ: Nhật Bản
2	Bóng X-quang	01	cái	Tương thích với Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số Shimadzu - Model: Radspeed Pro - Hãng sản xuất: Shimadzu - Xuất xứ: Nhật Bản

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp Bóng X-quang thay thế cho Hệ thống chụp X-Quang điều khiển từ xa 2 bàn 2 bóng, Hãng sx: Shimadzu , Model: ZUD-L40D và Hệ thống chụp X-Quang kỹ thuật số, Hãng sx: Shimadzu, Model: Radspeed Pro phù hợp nhất cho Bệnh viện. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá đến. (Giá báo giá là giá của 100% dịch vụ, đã bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Lưu ý: Báo giá có đầy đủ Tên, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị báo giá, báo giá được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền. Đơn vị nộp kèm tài liệu chứng minh năng lực.

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Vũ Mạnh Thông, SĐT: 0969.833.839, Phụ trách phòng VT-TBYT.
- Ông Nguyễn Duy Linh, SĐT: 0911.468.676, Phó phòng VT-TBYT;

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 5 năm 2024.

*** Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2024.

*** Lưu ý:**

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:
 - + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
 - + Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật;
 - + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



Nguyễn Bá Việt

Mẫu số 1
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.


....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp
của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của bóng X- quang

(Kèm theo Thông báo số 1347/TB-BVT ngày 13 tháng 5 năm 2024)



Tên thiết bị	Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản		
1. Bóng X-quang			
Giá trị điện áp danh định của bóng X-quang IEC 60613:2010	Ở chế độ chiếu	125 kV	
	Ở chế độ chụp	150 kV	
Bộ phận vỏ bóng X-quang	Khả năng chịu nhiệt lớn nhất.	1100kJ (1600kHU)	
	Công suất suất tản nhiệt liên tục lớn nhất.	470W{660HU/S}: khi có quạt. 235W{330HU/s}: khi không có quạt	
Phần bóng X-quang	Khả năng chịu nhiệt lớn nhất của Anode.	280kJ{400kHU}	
	Công suất tản nhiệt lớn nhất của Anode.	1600W{2200HU/s}	
	Công suất tản nhiệt liên tục lớn nhất.	300W{420HU/s}	
	Công suất tiêu thụ của Anode.(theo chuẩn IEC60613:2010)	100W	
Kích thước tiêu điểm danh định (theo chuẩn		0.6	1.2
Tải chiếu tối đa của bóng X-quang (tính trong 10 phút)	Khi Anode không	355W{500HU/s}	425W{600HU/s}
	Khi Anode quay.	425W[600HU/s]	425W{600HU/s}
Công suất đầu vào danh định của Anode		38kW	9kW
Công suất đầu vào danh định của anode trong khi chụp (Theo chuẩn 60613:2010		38kW	92kW
Điện áp đốt tóc lớn nhất		12.5V	18.4V
Dòng đốt tóc lớn nhất		5.6A	5.6A



Tên thiết bị	Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	
Đích (Target) của anode	Vật liệu làm Target Anode	Rhenium-tungsten, mặt được phủ lớp Molybdenum
Anode quay		Hướng quay của anode là ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía Cathode, và tốc độ (số vòng trên phút R.P.M) như sau: 2700 R.P.M ở tần số 50Hz 3200 R.P.M ở tần số 60Hz 9700 R.P.M ở tần số 180Hz
Tổng bộ lọc tia thứ		1.7mm Al/75kV IEC(bao gồm lọc bổ sung)

