

Số: 3394/TB-BVTP

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời cung cấp báo giá
để xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư dùng trong kỹ thuật tim phổi nhân
tạo của bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư dùng trong kỹ thuật tim phổi nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (*địa chỉ: phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh*) trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các hàng hóa, dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh. (*Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai, Thành phố Quảng Ninh*).

Mã số thuế: 5700391598.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

2. Thời hạn và hình thức gửi báo giá.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2026. (*Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét*).

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

- Hình thức gửi báo giá:

+ Gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: bản mềm Báo giá (Excel, PDF), Catalog, các tài liệu liên quan... (PDF),

+ Gửi bản gốc trực tiếp hoặc qua bưu điện: Gửi đồng thời 01 bản cứng có chữ ký, đóng dấu đỏ (đóng dấu giáp lai trong trường hợp báo giá có nhiều trang) của Người đại diện theo pháp luật. Gửi về địa chỉ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh).

3. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục mời báo giá: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Thông báo này.
- Báo giá được lập theo mẫu phụ lục II đính kèm Thông báo này.
- Giá báo giá: đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 tháng.

Bệnh viện kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế gửi báo giá để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, P.QLCL. 



Nguyễn Bá Việt

Phụ lục I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 3394/TB - BVTP ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Khối lượng/ số lượng
1	Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	Bộ	Cấu hình chi tiết tối thiểu 1 bộ gồm có: - Phổi nhân tạo. + Thời gian sử dụng liên tục: ≥ 14 ngày. + Thể tích mỗi (priming): $\geq 215\text{ml}$. - Bộ dây dẫn. Tương thích với máy ECMO Model Rotaflow Console (cam kết sử dụng được với máy ECMO Rotaflow Console REF 70105.1697; SN 90437881), hãng Maquet.	70
2	Canuyn động mạch ECMO	Cái	- Cannula: Tối thiểu 10 cỡ. + Đường kính: $\geq 15\text{Fr}$. + Chiều dài $\geq 15\text{cm}$. Tương thích với Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	80
3	Canuyn tĩnh mạch ECMO	Cái	- Cannula: Tối thiểu 8 cỡ + Đường kính: $\geq 19\text{Fr}$. + Chiều dài: $\geq 38\text{cm}$. Tương thích với Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	80
4	Bộ dẫn đường (nong) động mạch	Bộ	Cấu hình chi tiết tối thiểu 1 bộ gồm có: - Dây dẫn hướng (guide wire) dài: $\geq 100\text{cm}$. - Ống nong. - Dao mổ. - Ống bơm. - Kim tiêm. Tương thích với Canuyn động mạch ECMO	80
5	Bộ dẫn đường (nong) tĩnh mạch	Bộ	Cấu hình chi tiết tối thiểu 1 bộ gồm có: - Dây dẫn hướng (guide wire): dài: $\geq 150\text{cm}$. - Ống nong. - Dao mổ. - Ống bơm. - Kim tiêm. Tương thích với Canuyn tĩnh mạch ECMO	80

Phụ lục II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 3394/TB - BVTP ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại DD.....
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thông báo số 3394/TB - BVTP ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:																			
STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Tên hàng hoá (3)	Tên thương mại, ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT (Theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04/04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017) (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng ký lưu hành (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sử hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Xuất xứ (14)	Quy cách đóng gói (15)	Đơn vị tính (16)	Số lượng (17)	Đơn giá (VND) (18)	Thành tiền (VND) (19)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (20)
1																			
2																			

Ghi chú:

Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu và/hoặc hóa đơn bán hàng trong vòng 12 tháng gần nhất kèm theo (nếu có).

Đơn vị gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa, dịch vụ.

Đối với máy móc, trang thiết bị có bảng kê khai thông số kỹ thuật mời báo giá và thông số kỹ thuật đáp ứng của đơn vị.

(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Tên hàng hoá”.																			
(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Tên hàng hoá”.																			
(19) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí, dụng cụ phụ trợ đi kèm đảm bảo thực hiện được kỹ thuật và dịch vụ liên quan (nếu có).																			

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].
3. Chúng tôi cam kết:
- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)