

Số: 3170 /TB -BVTP

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

“V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm vật tư, thiết bị y tế cho khoa Khám Nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh”

Kính gửi: Các đơn vị/ cá nhân có năng lực thực hiện

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm vật tư, thiết bị y tế cho khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, Thành phố Quảng Ninh) trân trọng kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các sản phẩm/dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, Thành phố Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:
 - + Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh
 - + Người liên hệ: Ông Vũ Mạnh Thông, Trưởng phòng VT-TBYT
 - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Cán bộ phòng VT-TBYT
- + Số điện thoại: 0969.833.839/ 0983.936.073
- + Địa chỉ Email: muasambvtqn@gmail.com

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết về tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:



- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 16h30 phút, ngày 14/9/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Hình thức nộp báo giá:

+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh.

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, Thành phố Quảng Ninh.

4. Yêu cầu đối với báo giá:

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày phát hành.

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Bệnh viện.

- Báo giá của đơn vị phải hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà đơn vị gửi báo giá đến Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị.

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị.

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, Phòng Vật tư -TBYT.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
(Kèm theo Thông báo số: 3170/TB-BVTP ngày 04/9/2026)

STT	Tên hàng hóa, chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Đầu đo SpO2 silicon người lớn <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; hãng sản xuất: Nihon Kohden)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Loại cảm biến: Cảm biến quang học - Nguyên lý hoạt động: Đo hấp thụ quang phổ - Dải đo SpO ₂ : 0÷100 % - Dải đo nhịp tim (PR): 30÷250 bpm - Chiều dài dây: 2.0÷3.0 m - Kiểu đầu dò: Người lớn, trẻ em hoặc sơ sinh - Vật liệu dây: TPU/PVC y tế, chống xoắn, không chứa latex	Cái	01	
2	Đầu đo SpO2 silicon người lớn <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Drager)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Loại cảm biến: Cảm biến quang học - Nguyên lý hoạt động: Đo hấp thụ quang phổ - Dải đo SpO ₂ : 0÷100 % - Dải đo nhịp tim (PR): 30÷250 bpm - Chiều dài dây: 2.0÷3.0 m - Kiểu đầu dò: Người lớn, trẻ em hoặc sơ sinh - Vật liệu dây: TPU/PVC y tế, chống xoắn, không chứa latex	Cái	01	
3	Bao đo huyết áp <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; hãng sản xuất: Nihon Kohden)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Vòng cánh tay 25÷35 cm - Chất liệu bao ngoài: Vải nylon / polyester phủ PU. - Chất liệu bóng hơi: Cao su hoặc TPU (không chứa latex) - Áp suất hoạt động: 0÷300 mmHg - Tương thích sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden	Cái	01	

STT	Tên hàng hóa, chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
4	Bao đo huyết áp <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Drager)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Vòng cánh tay 25÷35 cm - Chất liệu bao ngoài: Vải nylon / polyester phủ PU. - Chất liệu bóng hơi: Cao su hoặc TPU (không chứa latex) - Áp suất hoạt động: 0÷300 mmHg - Tương thích sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden	Cái	03	
5	Bao đo huyết áp <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất Mindray)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Vòng cánh tay 25÷35 cm - Chất liệu bao ngoài: Vải nylon / polyester phủ PU. - Chất liệu bóng hơi: Cao su hoặc TPU (không chứa latex) - Áp suất hoạt động: 0÷300 mmHg - Tương thích sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân Mindray	Cái	02	
6	Bộ dây điện cực điện tim <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Nihon Kohden)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Chiều dài cáp nối: 2.5 đến 3.0 m - Số dây cáp tín hiệu: 03 dây - Số chân đầu vào máy: Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden	Bộ	01	
7	Bộ dây điện cực điện tim <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Drager)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Chiều dài cáp nối: 2.5 đến 3.0 m - Số dây cáp tín hiệu: 03 dây - Số chân đầu vào máy: Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Drager	Bộ	03	



STT	Tên hàng hóa, chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
8	Bộ dây điện cực điện tim <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Mindray)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Chiều dài cáp nối: 2.5 đến 3.0 m - Số dây cáp tín hiệu: 03 dây - Số chân đầu vào máy: Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Mindray	Bộ	02	
9	Dây cáp nối trung gian cho Spo2 và Điện tim và nhiệt độ <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Drager)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Chiều dài cáp nối: 2.5 m - Số chân đầu vào máy: 15 chân - Ngõ đầu ra SPO2: 7 chân nối với đầu đo SPO2 - Ngõ đầu ra ECG: 5 Leads nối với book điện cực điện tim - Ngõ đầu ra nhiệt độ: 7 chân nối đầu đo nhiệt độ	Cái	01	
10	Dây dẫn khí đo huyết áp <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Drager)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Chiều dài dây: 2.5 m - Đường kính trong: 4.0 mm - Đường kính ngoài: 7.0 mm - Giải đo phân áp: 0 đến 0.5 Bar - Kết nối đầu vào máy: 1 đầu - Kết nối đầu ra máy: 1 đầu	Cái	01	
11	Dây dẫn khí đo huyết áp <i>(Sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân; Hãng sản xuất: Mindray)</i> <u>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Chiều dài dây: 2.5 m - Đường kính trong: 4.0 mm - Đường kính ngoài: 7.0 mm - Giải đo phân áp: 0 đến 0.5 Bar - Kết nối đầu vào máy: 1 đầu - Kết nối đầu ra máy: 1 đầu	Cái	01	

STT	Tên hàng hóa, chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
12	Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm ô xy <i>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</i> - Phạm vi dòng chảy: 0-15lpm - Áp suất đầu vào: ≥ 50 psi(3.45bar) - Độ chính xác của tốc độ dòng chảy: $\pm 5\%$ - Chất liệu: Thân nhôm, ống trong và ngoài bằng polycarbonate, bi thép không gỉ - Thể tích bình tạo độ ẩm: ≥ 200 ml - Áp suất áp dụng tối đa: ≤ 450 kpa - Nhiệt độ tiết trùng tối đa trong lò hấp ở 121°C dưới áp suất 210kpa - Có kèm đầu cắm nhanh cho ổ khí chuẩn DIN	Bộ	04	
13	Bộ hút dịch <i>* Thông số kỹ thuật cơ bản:</i> - Bộ điều chỉnh áp lực khí hút có tích hợp đồng hồ hiển thị áp lực hút - Có công tắc nhanh chế độ Đóng/Mở trên thân bộ điều chỉnh lưu lượng hút - Có núm điều chỉnh áp lực hút - Phạm vi điều chỉnh áp lực hút: Từ 0 đến -750mmHg (Tương đương từ 0 đến -1000mbar) - Lưu lượng hút đạt 115l/phút tại -950 mbar - Có kèm đầu cắm nhanh cho ổ khí chuẩn DIN	Bộ	04	

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số: 3170 /TB-BVTP ngày 04/9/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh

Căn cứ Thông báo số: 3170 /TB-BVTP ngày 04/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [**Tên Đơn vị báo giá, SĐT, Mã số thuế**] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ/nội dung thực hiện	Ký mã hiệu / Model/ Mã hàng	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1							
2							
Tổng cộng Bằng chữ: [Viết bằng chữ tổng thành tiền]							

Chúng tôi cam kết:

1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quảng Ninh.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.

5. Điều khoản thanh toán:

6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị/ công ty.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Thành phố Quảng Ninh

Theo thông báo số: 3170/TB-BVTP ngày 04/9/2026 của Quý bệnh viện về việc mời cung cấp báo giá.....

Bằng văn bản này, đơn vị/ công ty.....xin cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH/15 như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

d) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Thành phố quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật này;

g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Có tên trong danh sách ngăn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

i) Đối với nhà thầu nước ngoài, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ và chính xác điều kiện trên.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ